

Administración de medicamentos por vía intravenosa: pulso intravenoso

Consulte su cuadernillo "Cómo comenzar con el tratamiento de venoclisis" para obtener más información.

Esta información no está destinada a servir como sustituto del asesoramiento profesional. Haga siempre lo que su médico, auxiliar de enfermería o farmacéutico le recomiende.




Figura 1

Para empezar

- Retire el medicamento del refrigerador por lo menos ____ (minutos/horas) antes de usarlo. Lea en la etiqueta del medicamento las instrucciones sobre cuándo retirar el medicamento del refrigerador.
- **NUNCA** acelere el proceso de calentamiento al calentar el medicamento o colocarlo en el microondas
- Use un área de trabajo limpia
- Lávese bien las manos con jabón antibacteriano y agua tibia (si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos con base de alcohol)
- Séquese las manos con una toalla limpia

1 | Reúna sus suministros y prepare su equipo SASH siguiendo las instrucciones:

- Equipo SASH (Véase la figura 1)
- Jeringa de medicación intravenosa
- Jeringas con solución salina
 - _____ mL de solución salina
 - _____ mL de heparina _____ unidades/mL de heparina
- Paños de alcohol
- Contenedor de objetos punzantes (si es necesario) o contenedor de basura

2 | Inspeccione la jeringa para medicamentos

Inspeccione las jeringas para medicamentos. Consulte la etiqueta de la jeringa (Véase la Figura 2) y verifique los siguientes datos:

- Nombre correcto del paciente
- Nombre correcto del medicamento
- Volumen/cantidad del medicamento
- Tiempo requerido para calentar el medicamento a temperatura ambiente
- Utilizar antes de la fecha de vencimiento del medicamento

La jeringa no debe tener grietas, pérdidas, partículas flotantes ni decoloración. Llame a su auxiliar de enfermería o farmacéutico si tiene problemas con las jeringas o si la información de la etiqueta es incorrecta.




Fig.2

Para fines de demostración, siga las instrucciones que vienen con SU jeringa para medicamentos.

Administración de medicamentos por vía intravenosa: pulso intravenoso



Figura 3

3 | Prepare sus jeringas con solución salina

- Antes de usar la jeringa, presione firmemente la prensa de pulgar con la tapa de la punta todavía puesta, hasta que sienta que se mueve el émbolo.
- Expulse el aire y el exceso de solución girando la tapa de la punta y empujando el émbolo hacia adelante. Descarte el exceso de solución hasta que quede la cantidad indicada por su auxiliar de enfermería. (Véase la Figura 3)
- Vuelva a colocar la tapa de la jeringa, teniendo cuidado de no tocar la punta de la jeringa con la mano. Si la toca, deberá comenzar de nuevo con una jeringa limpia. Guarde la jeringa hasta que esté listo para usarla.
- Repita el proceso con todas las jeringas con solución salina necesarias para la dosis.



Figura 4

4 | Enjuague la vía intravenosa con solución salina

Utilice una de sus jeringas con solución salina preparadas en el paso n.º 3.

- Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire. (Véase la Figura 4)
- Retire la tapa protectora de la jeringa con solución salina de lavado. **NO** toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

Deseche la jeringa con solución salina de lavado si la punta estéril destapada toca alguna superficie sucia.




Figura 5

- Coloque la jeringa con solución salina de lavado en el conector sin aguja del catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. (Véase la Figura 5)
- Abra la pinza del catéter intravenoso o equipo de extensión intravenoso si así se indica.
- Lave el catéter intravenoso **empujando y luego haciendo una pausa** repetidas veces. **NO** intente vaciarlo si siente resistencia. Llame a su auxiliar de enfermería o farmacéutico.
 - _____ mL de solución salina
- Retire y deseche la jeringa con solución salina de lavado en un contenedor de basura.



Administración de medicamentos por vía intravenosa: pulso intravenoso



Medicamentos

5 | Administre el medicamento

- A. Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire. *(Véase la Figura 4)*
- B. Retire la tapa protectora de la jeringa para medicamentos.
- C. Coloque la jeringa para medicamentos en el conector sin aguja del catéter intravenoso y vele por que quede firme, empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. *(Véase la Figura 5)*
- D. Inyecte el medicamento durante _____ **MINUTOS** según las instrucciones de su auxiliar de enfermería o de la etiqueta de su medicamento.
- E. Retire la jeringa para medicamentos una vez que se haya administrado la dosis prescrita y deséchela como se indica.

6 | Enjuague la vía intravenosa con solución salina

Utilice una de sus jeringas con solución salina preparadas en el paso n.º 3.

- A. Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire. *(Véase la Figura 4)*
- B. Retire la tapa protectora de la jeringa con solución salina de lavado. **NO** toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

Deseche la jeringa con solución salina de lavado si la punta estéril destapada toca alguna superficie sucia.

- C. Coloque la jeringa con solución salina de lavado en el conector sin aguja del catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos. *(Véase la Figura 5)*
- D. Lave el catéter intravenoso con el método de **empujar y hacer una pausa** repetidas veces. **NO** intente vaciarlo si siente resistencia. Llame a su auxiliar de enfermería o farmacéutico.
 - _____ mL de solución salina
- E. Cierre la pinza del catéter intravenoso o equipo de extensión, a menos que se le haya indicado que use heparina.
- F. Retire y deseche la jeringa con solución salina de lavado en un contenedor de basura.





7 | Enjuague la vía intravenosa con heparina

(si así está indicado)

Utilice la jeringa con heparina preparada en el paso n.º 3.

- A. Frote el conector sin aguja del catéter intravenoso con un paño de alcohol durante al menos **15 SEGUNDOS** y déjelo secar al aire.
(Véase la Figura 4)
- B. Retire la tapa protectora de la jeringa con heparina diluida en solución salina.
NO toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

Deseche la jeringa con heparina diluida en agua salina si la punta estéril destapada toca alguna superficie sucia.

- C. Coloque la jeringa con heparina diluida en solución salina en el conector sin aguja del catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén unidos.
(Véase la Figura 5)
- D. Lave el catéter intravenoso con el método de **empujar y hacer una pausa** repetidas veces. **NO** intente vaciarlo si siente resistencia. Llame a su auxiliar de enfermería o farmacéutico.
 - _____ mL de heparina _____ unidades/mL de heparina
- E. Cierre la pinza del catéter intravenoso o equipo de extensión, si así se indica.
- F. Retire y deseche la jeringa con heparina diluida en solución salina en un contenedor de basura.

Llame a su auxiliar de enfermería o médico si tiene preguntas o inquietudes



Su equipo de Option Care Health está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlo.

Para ver las instrucciones en vídeo y acceder a recursos educativos adicionales, visite optioncarehealth.com/education.

(SASH) Resumen del procedimiento:

- Enjuague el catéter intravenoso con _____ mL de **(S)**olución salina
- **(A)**dministre el medicamento durante _____ minutos
- Enjuague con _____ mL de **(S)**olución salina
- Enjuague con _____ mL de **(H)**eparina, si está indicado