

取出 植入式输液港针头

请参阅您的
“输液治疗入门指南”手册，
了解额外信息。

本文信息不旨在替代专业建议。请始终遵循您的医生、
护士或药剂师的建议。

概览

植入式输液港（更常被称为输液港）通常置入在需要接受长期静脉输液治疗的患者的体内。使用输液港，静脉接入，一针到位，并可利用输液港抽血进行化验。

入门指南

- 使用干净的工作区域
- 使用抗菌肥皂和温水彻底清洁双手
(如果没有肥皂和水可用，则使用含酒精的洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 准备好您的用品：

- 冲洗注射器
 - _____ mL 生理盐水
 - _____ mL 肝素 _____ 单位/mL 肝素
- 酒精湿巾
- 无菌纱布
- 非无菌手套
- 绷带 (如需要)
- 锐器盒 (如需要) 和/或垃圾桶

2 | 准备您的冲洗注射器

- 在使用注射器前，先别摘掉注射器头帽，用力推拇指按压件，直到感觉柱塞移动就好。
- 拧掉注射器头帽，向前推柱塞，排出空气和多余溶液。按照护士指示的量排出多余溶液。
- 重新盖上注射器帽，小心手不要触碰到注射器头。如果碰到，则需要用干净的注射器从头开始。把注射器放在一边备用。
- 对所有需要的冲洗注射器重复以上步骤。

3 | 用生理盐水冲洗输液港针头延长装置

使用在第 2 步中准备好的生理盐水注射器。

- 用酒精湿巾擦拭注射帽至少 **15** 秒，然后自然风干。
- 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。**不要**在取下帽后触碰注射器头。
- 如有需要，将生理盐水冲洗注射器连接到注射帽，打开输液管的夹具。
- 用“推/停”法冲洗输液管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。
 - _____ mL 生理盐水
- 取下生理盐水冲洗注射器并丢入垃圾桶。

4 | 用肝素（除非输液港有一个 Groshong® 尖端：如 PowerPort®）冲洗输液港针头延长装置

使用在第 2 步中准备好的肝素注射器。

- A. 用酒精湿巾擦拭注射帽至少 **15** 秒，然后自然风干。
- B. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。**不要**在取下帽后触碰注射器头。
- C. 如有需要，将肝素冲洗注射器连接到注射帽，打开输液管的夹具。
- D. 用“推/停”法冲洗输液管。**不要**在遇到阻力时尝试冲洗；联系您的护士或药剂师。
 - _____ mL 肝素 _____ 单位/mL 肝素
- E. 如有需要，闭合输液管上的夹具。
- F. 取下肝素冲洗注射器并丢入垃圾桶。

潜在并发症

请务必向您的医疗保健提供者或护士及时报告任何潜在并发症。

如需了解关于输液港护理方面的信息，请参阅所提供的“植入式输液港护理”说明。

5 | 取出输液港针头

- A. 取下敷料，然后用一只手的手指稳住输液港。
(如果是患者以外的其他人取下敷料和针头，则应使用非无菌手套。)
- B. 另一只手向上拉针头直至听到咔哒一声，表明已启动安全装置。
- C. 取出针头，丢弃到锐器盒中。
- D. 如果出血，则用无菌纱布压住出血位置直至停止出血，和/或敷绷带（如需要）。